

(別記1)

患者の体内に挿入して放射線治療を行うために用いられる
診療用放射線照射装置の貯蔵施設及び運搬施設の放射線
障害の防止に関する構造設備の概要

1 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要				
貯蔵施設の場所		別添平面図のとおり		
貯蔵施設外側の実効線量が1ミリシーベルト/週以下になるようなしゃへい			<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	
貯蔵の方法	耐火性の容器に入れて貯蔵			
	貯蔵室	主要構造等	耐火構造・その他()	
		開口部	特定防火設備に該当する防火戸・その他()	
貯蔵箱等	構造	耐火構造・その他()		
人が出入する出入口		常時出入口 所		
扉,ふた等外部に通ずる部分の閉鎖設備又は器具		かぎ その他()		
貯蔵施設である旨の標識		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
貯蔵する診療用放射線照射装置に装備する放射性同位元素による汚染のひろがり防止するための設備又は器具		受皿・吸収材 その他()		
扉,ふた等の開放状態で距離1メートルの実効線量率が100マイクロシーベルト/時以下になるようなしゃへいがある貯蔵箱等に貯蔵	該当			
	非該当			
	貯蔵容器	<input type="checkbox"/> 無		
		<input type="checkbox"/> 有		
		貯蔵時に距離1メートルの実効線量率が100マイクロシーベルト/時以下になるようなしゃへい		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
貯蔵容器である旨を示す標識		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
貯蔵する診療用放射線照射装置に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位の数量の表示の有無		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		
2 運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要				
扉,ふた等の開放状態で距離1メートルの実効線量率が100マイクロシーベルト/時以下にな	該当			
	非該当			
	運搬容器	<input type="checkbox"/> 無		
		<input type="checkbox"/> 有		
		運搬時に距離1メートルの実効線量率が100マイクロシーベルト/時以下になるようなしゃへい		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
運搬容器である旨を示す標識		<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無		

るようなしゃへいがある運搬容器で運搬		運搬する診療用放射線照射装置に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位の数量の表示の有無	□有・□無				
3 放射線治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要							
血管内への一時的挿入や高線量RALSにより放射線治療を受けている患者							
診療用放射線照射装置を継続的に挿入し放射線治療を受けている患者	当該放射線治療を受けている患者以外の患者の被ばく線量が1.3ミリシーベルト/3月間を越えるおそれ	無					
		有	放射線治療病室の画壁等の外側の実効線量が1ミリシーベルト/週以下になるような画壁等その他必要なしゃへい物			□有・□無	
			放射線治療病室である旨の標識			□有・□無	
		内装の状況	場所	建築条件	突起物	くぼみ	目地のすきま
				天井	□有・□無	□有・□無	
			床	□有・□無	□有・□無	□有・□無	□有・□無
			壁	□有・□無	□有・□無	□有・□無	□有・□無
			その他	□有・□無	□有・□無	□有・□無	□有・□無
			場所	建築条件	表面の平滑性	仕上げ材料	
						耐浸透性	耐腐食性
			天井	□有・□無	□有・□無	□有・□無	□有・□無
			床	□有・□無	□有・□無	□有・□無	□有・□無
			壁	□有・□無	□有・□無	□有・□無	□有・□無
その他	□有・□無	□有・□無	□有・□無	□有・□無			
当該放射線治療室に入院する患者	上記以外	診療用放射線照射装置により治療を受けている患者のみ					
		出入口付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器			□有・□無		
		出入口付近に放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備			□有・□無		
		洗浄設備の排水設備への連結			□有・□無		
出入口付近の更衣設備			□有・□無				

(注) □欄には該当するものを■で表示すること。