
マイワシ粗脂肪測定結果

水 揚 日 2018年6月1日

水 揚 港 はさき

漁 場 35°47' Ν

> 141°00' Е



No.	IT-LX	/+·==	
	(cm)	(g)	(%)
1	16.5	52.2	4
2	16.1	53.2	7
3	17.0	61.9	11
4	15.4	44.7	6
5	16.5	54.8	11
6	16.1	52.9	4
7	15.7	53.8	6
8	18.9	91.2	13
9	16.2	51.2	5
10	15.4	48.9	7
11	15.0	40.5	6
12	16.4	54.0	7
13	20.2	103.6	9 7
14	15.9	50.9	
15	16.5	51.6	6
16	15.5	45.4	7
17	16.5	60.8	9
18	15.2	41.5	6
19	19.5	88.5	12
20	15.3	47.5	9
21	15.9	48.7	7
22	16.4	50.1	7
23	19.6	94.7	9
24	16.6	55.9	11
25	15.2	44.4	5
26	15.9	45.4	7
27	15.8	49.6	7
28	16.9	65.1	11
29	16.6	53.5	5
30	19.3	84.8	11

測定機器:近赤外分光器(FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。 ※体重60gより小さいサイズは、誤差が大きいため参考値です。



茨城県水産試験場回遊性資源部

TEL: 029-262-4172