
マイワシ粗脂肪測定結果

水 揚 日 : 2021年6月2日

水 揚 港 : 銚子

漁 場: N 35°39'

E 141°02'



1	18.6	79.0	10
2	18.0	77.9	14
3	18.1	81.2	11
4	18.7	75.0	5
5	18.1	74.5	13
6	17.8	75.0	10
7	18.0	78.8	11
8	17.8	75.5	11
9	18.9	87.9	13
10	18.2	82.3	12
11	18.3	78.3	10
12	19.1	82.9	7
13	18.0	74.0	10
14	18.8	86.3	12
15	17.5	64.7	8
16	18.7	80.8	10
17	18.5	74.0	9
18	19.5	98.8	13
19	18.7	87.0	9
20	21.0	130.1	23
21	16.5	57.9	11
22	18.3	75.6	10
23	18.3	75.9	10
24	18.2	75.1	10
25	17.8	68.3	9
26	18.2	77.3	10
27	18.3	74.8	10
28	17.9	77.1	9
29	18.3	77.7	7
30	17.6	75.5	10

体重

(g)

No.

(cm)

推定脂肪量

(%)

測定機器:近赤外分光器(FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。 ※体重60gより小さいサイズは、誤差が大きいため参考値です。



茨城県水産試験場回遊性資源部

TEL: 029-262-4172