

積水メディカル(株) 第1実験棟における 床下汚染に係る立入調査結果について

令和4年8月23日
防災・危機管理部原子力安全対策課

積水メディカル株式会社創薬支援センターにおいて、令和4年8月5日に発生した第1実験棟の床下配管の破断による床下汚染に関し、当該事業所におけるR I 使用施設である第3実験棟及び第4実験棟の排水配管に係る点検状況等を確認するため、県は、8月19日に東海村とともに、下記のとおり立入調査を実施しました。

記

1 実施日時

令和4年8月19日(金) 13時30分 ~ 17時30分

2 実施者

県、東海村

3 立入調査結果

以下のことについて、聞き取り、関係書類及び現場調査により確認した。

○ 第3実験棟及び第4実験棟における排水配管の点検状況

- ・ 書類により管理区域内外の放射性物質を含む排水が通る配管の配置を確認した。また、いずれの配管も点検が規定どおり実施されていること、点検の結果に異常が認められていないことを確認した。
- ・ 現場では事業者立会いのもと、管理区域外に敷設された放射性物質を含む排水が通る配管について、点検可能な範囲は全て目視により異常がないことを確認した。

4 要請事項

- ・ 今後の調査、点検等のスケジュールを明確にすること。
- ・ 周辺環境のモニタリングを引き続き実施すること。
- ・ 管理区域外の放射性物質を含む排水が通る配管の点検し難い箇所を明確にしたうえで、当該配管の点検方法について検討すること。

5 今後の予定

原因調査や再発防止対策について事業者から引き続き報告を聴取し、必要に応じて立入調査等で対応状況を確認していく。